

## “ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA”

### ADENDA N° 02/23

En fecha 20 de junio del año en curso, el equipo técnico dependiente de la Fundación Tesai, se reúne para la realización de un análisis técnico jurídico del presente concurso y resuelve la realización de la presente Adenda, a fin de ajustar las necesidades de los **Sensores de Temperatura Reutilizable**.

#### DONDE DICE:

<b>Módulo de temperatura</b>
Módulo de temperatura de 04 canales de temperatura con sensores reutilizables
Rango de medición 0°C a 50°C, o mejor
Alarma visual y sonora
Dos (04) sensor de temperatura reutilizable para Oxigenador adulto
Dos (04) sensor de temperatura reutilizable rectal adulto
Dos (04) sensor de temperatura reutilizable esofágica adulto
Debe incluir todos los accesorios y soportes de montaje

#### DEBE DECIR:

<b>Módulo de temperatura</b>
Módulo de temperatura de 04 canales de temperatura con sensores reutilizables
Rango de medición 0°C a 50°C, o mejor
Alarma visual y sonora
Cuatro (4) sensores de temperatura reutilizables
Cuatro (4) sensores de temperatura reutilizable esofágico
Debe incluir todos los accesorios y soportes de montaje

Lic. Gustavo Guillén  
Dpto. de Compras y Suministros  
Fundación Tesai

DC/gg