



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Adquisición de Mobiliarios, Equipos Informáticos y Electrodomésticos

Datos de la Convocatoria

Nombre: Adquisición de Mobiliarios, equipos informáticos y Electrodomésticos
Convocante: Fundación Tesai
Estado: En convocatoria
Fecha de publicación: 19.11.2021

Entrega de Oferta, Documentación y Plazos

Entrega de oferta: Del 19/11/2021 hasta el 22/11/2021- 12:00 Hs.
Remisión de oferta: Vía correo electrónico
Documentación: Carta de garantía

Adjudicación

Entrega del producto: Inmediata desde la adjudicación de acuerdo con planilla

Datos del contacto

Nombre: Rodrigo Genez
Área: SS.GG.
Teléfono: 0994 193.011
Correo electrónico: portal.compras@tesai.org.py

Especificaciones Técnicas

ITEMS	MUEBLES Y ENSERES USF ESTANDAR A	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD POR USF	CANT.
1	BIOMBO DE 3 CUERPOS	BIOMBO DE 3 CUERPOS CON RUEDITA ESTRUCTURA CAÑO REDONDO DIMENSIONES: 1,50 MTS DE ANCHO X 1,70 MTS DE ALTO DE DOBLE PLEGADO CORTINADO DE MATERIAL SINTÉTICO DE FACIL LIMPIEZA (LAVABLE) COMPUESTO DE 3 CUERPOS, ACABADO EN PINTURA HORNEADA.	2	124

2	BUTACA GIRATORIA DE METAL	BUTACA GIRATORIA DE METAL USO MÉDICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, TIPO: ALTURA AJUSTABLE - COLOR: NEGRO - MATERIAL: CUERO SINTÉTICO - ALTURA TOTAL: SIN ESPALDA = 45-53 CM - ANCHO DEL ASIENTO: 38 CM - ANCHURA DE LA SILLA: 60 CM - PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 38 CM - PROFUNDIDAD DE LA SILLA: 60 CM. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	2	124
3	ESTANTE METÁLICO ABIERTO	ESTANTE DE METAL ABIERTO CON 5 ESTANTES DE METAL QUE SE PUEDEN DESARMAR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.95 METROS (M) DE ALTO, 0.35 M DE LARGO Y 1.20 M DE ANCHO. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	3	186
4	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	ESCRITORIO CON TRES CAJONES. CERRADURA CENTRALIZADA, PANELES VERTICALES DE ESTRUCTURA METÁLICA, ENCIMERAS DE MADERA ENCHAPADA Y FÓRMICA, BORDES REDONDEADOS DE MADERA. MEDIDAS: 1.20 M X 0.70 M X 0.80 M. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	6	372

5	HELADERA VERTICAL 300 LTS O MAS	HELADERA, DE 300 LITROS O MÁS, DE DOS PUERTAS, CON FREEZER, QUE NO PRODUZCA ESCARCHA, CON CAPACIDAD INTERNA DEL REFRIGERADOR MÍNIMA DE 250 LITROS Y MÁXIMA DE 270 LITROS, CRISPER PARA FRUTAS Y VERDURAS - SISTEMA NO FROST - ANAQUELES REMOVIBLES PREFERENTEMENTE CON REJILLAS DE METAL AJUSTABLES – MANUALES EN ESPAÑOL. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	3	186
6	SILLA INDIVIDUAL GIRATORIA	SILLA GIRATORIA CON REPOSABRAZOS. ALTURA AJUSTABLE CON SISTEMA NEUMÁTICO DE GAS CON PISTÓN DE PLÁSTICO DURO Y METAL AJUSTABLE CON PALANCA DE PLÁSTICO DEBAJO DEL ASIENTO.DIMENSIONES DEL RESPALDO: 40 CM, ANCHO 50 CM MÍNIMO.DIMENSIONES DEL ASIENTO: ALTURA 50 CM, ANCHO 50 CM MÍNIMO, BASE ESTRELLA DE 5 ESTRELLAS CON RUEDA DE PLÁSTICO DURO.GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	6	372
7	SILLA FIJA	ESTRUCTURAS TUBULARES DE AL MENOS 1.50 MM DE ESPESOR, CON PINTURA AL HORNO Y BASE ANTICORROSIVA. ACOLCHADO ANATÓMICO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD (DENSIDAD DE AL MENOS 30) CON REVESTIMIENTO DE CUERO SINTÉTICO REFORZADO. COLOR AZUL O NEGRO. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	10	620

8	SILLA TÁNDEM DE 3 CUERPOS	SILLAS CON ESTRUCTURA METÁLICA FIJA, CON FUNCIÓN ERGONÓMICA, CONFORT PARA LARGAS ESPERAS. CONFIGURADAS EN BANCOS RECTOS PARA 3 ASIENTOS. SIN BRAZOS DE APOYO. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	1	62
9	SILLA TÁNDEM DE 4 CUERPOS	SILLAS CON ESTRUCTURA METÁLICA FIJA REFORZADA, CON FUNCIÓN ERGONÓMICA, CONFORT PARA LARGAS ESPERAS. CONFIGURADAS EN BANCOS RECTOS PARA 4 ASIENTOS. SIN BRAZOS DE APOYO. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	1	62
10	SILLA TÁNDEM DE 5 CUERPOS	SILLAS CON ESTRUCTURA METÁLICA FIJA REFORZADA, CON FUNCIÓN ERGONÓMICA, CONFORT PARA LARGAS ESPERAS. CONFIGURADAS EN BANCOS RECTOS PARA 5 ASIENTOS. SIN BRAZOS DE APOYO. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	5	310
11	SILLAS PARA COMEDOR	SILLAS ESTÁNDAR FIJA CON BASE DE CUATRO PATAS DE CAÑO REDONDO, SIN POSA BRAZOS, TAPIZADO EN TELA O CUERINA, CASCO DE ASIENTO Y RESPALDERO EN PVC NEGRO, INYECTADO ASIENTO Y ESPALDERO CON ESPUMA. CON MEDIDAS ESTÁNDAR. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	4	248

12	TELEVISOR	TV, TIPO SMART. DE 43 " DE COLOR NEGRO, CON PANTALLA LED, RESOLUCION FHD, CON SISTEMA SMART TV, CONEXIÓN USF, HDMI , CONEXIÓN WIFI, CON CONTROL REMOTO Y MANUAL EN ESPAÑOL. INCLUYE SOPORTE RESISTENTE INSTALADO CON BULONES DE SEGURIDAD Y COLOCACIÓN. GARANTIA ESCRITA DE 1 AÑO	1	62
13	MESA PARA COMEDOR PARA 4 SILLAS	MESA RECTANGULAR DE MADERA: FABRICADA DE MADERA AGLOMERADA CHAPADA EN AMBOS LADOS CON MEDIDAS DE FORNICA, TAMAÑOS APROXIMADOS: 1.20 M DE LARGO X 1,20 M DE ANCHO, ALTURA: 0.75 M, GROSOR: 30 MM MACIZO, CON BASE DE PICO CON PATAS DE SALIDA DE 3" (PULGADAS).	1	62
14	VITRINA DE METAL DE 2 CUERPOS CON LLAVE PARA MEDICAMENTOS	ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO CROMADO O ESMALTADO EN HORNO RESISTENTE A MEDIOS CORROSIVOS. VITRINA REGULABLE EN ALTURA MÍNIMA DE 5 ESTANTES CON COBERTURA ANTICORROSIVA DOS PUERTAS PLEGABLES CON SECCIÓN SUPERIOR DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y CERRADURA DE CILINDRO. PIERNAS CON REGATAS DE PLÁSTICO REGULABLES EN ALTURA. ANGULO DE APERTURA DE LAS PUERTAS 180º MEDIDAS: 0.92 M DE ANCHO X 0.40 M DE PROFUNDIDAD X 1.80 M DE ALTO. RANGO DE VARIACIÓN EN DIMENSIONES PREESTABLECIDAS CON UN MARGEN DE MÁS O MENOS DE 0.05 M. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	6	372

15	PERCHERO METÁLICO	ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA CON TAPA DE PLÁSTICO, CON CUATRO SOPORTES METÁLICOS. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	4	248
16	PIZARRA ACRÍLICA PARA CONSULTORIO	PIZARRA ACRÍLICA CON PEDESTAL DE MEDIDAS MÍNIMAS: 1 M DE ANCHO Y 150 CM DE LARGO. PARA CONSULTORIO GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	2	124
17	FRANELÓGRAFO PARA CONSULTORIO	ESTRUCTURA REALIZADA EN PLÁSTICO. PARA CONSULTORIO BASE FORRADA CON CORCHADO DE 1 CM DE GROSOR MEDIDAS: 1.20 M X 1.00 M. RANGO DE VARIACIÓN EN MEDIDAS PREESTABLECIDAS CON UN MARGEN DE +- DE 0.05 M GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	1	62
18	BALDE PARA REPASADO DE PISO PLÁSTICO	BALDE DE PLÁSTICO PARA 10 LITROS. RANGO DE VARIACIÓN EN CAPACIDADES PREESTABLECIDAS CON UN MARGEN DE +- DE 2 LITROS.	4	248
19	ARMARIO METÁLICO CON LLAVE.	ARMARIO DE METAL CON 2 PUERTAS BATIENTES, CON 4 ESTANTES INTERNOS, CON CERRADURAS Y DOS COPIAS DE LLAVES. PINTADAS EN COLORES BEIGE Y MARRÓN. MEDIDAS: 1.80 M X 40 CM X 1 M. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	3	186

20	COCINA A GAS DE 4 HORNALLAS	COCINA A GAS: CARACTERÍSTICAS: 04 HORNALLAS A GAS, ENCENDIDO ELÉCTRICO, CON MESADA DE ACERO INOXIDABLE Y HORNO AUTOLIMPIANTE, TAPA DE VIDRIO Y PERILLAS REMOVIBLES. EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO CON UNA GARRAFA DE 10KG.DE CAPACIDAD. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	1	62
21	BASURERO PARA OFICINA.	BASURERO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN. CON CAPACIDAD DE 10 LITROS.VARIACION +- 5 LITROS.	11	682
22	BASURERO PARA DESECHO COMÚN.	MATERIAL DE PLASTICO, CON TAPA ABATIBLE. TIPO BUZÓN. SIN RUEDA, CAPACIDAD 70 LITROS - VARIACION +- 10LITROS.	2	124
23	BASURERO PARA DESECHOS HOSPITALARIOS PATOLÓGICOS.	MATERIAL DE PLASTICO, CON TAPA ABATIBLE. TIPO BUZÓN. SIN RUEDA, CAPACIDAD 70 LITROS - VARIACION +- 10LITROS.	5	310
24	ESCOBA METÁLICA O PLÁSTICO PARA PATIO	ESCOBA METÁLICA, CON MANGO DE MADERA. MEDIDA MANGO DE MADERA DE 1,20 METROS COMO MÍNIMO. CEPILLOS DE 30 CM. DE LARGO EXPANDIBLE A LO ANCHO.	1	62
25	LAVARROPA	CON CAPACIDAD DE 16KG. - DISPENSADOR MULTICOMPARTIMENTOSDISPENSADOR AUTOLIMPIANTEPERFECT DILUTION TURBO LAVADOAPROVECHAMIENTO DEL AGUA CON FUNCIÓN DE REUTILIZACIÓN PROGRAMAS ESPECIALES PARA EDREDONES Y CALZADOSFUNCIÓN LAVADO DEL CESTORENDIMIENTO Y PRACTICIDAD EN EL DÍA A DÍA	1	62

26	PLANCHA	<p>DEBE CONTENER - BOTÓN SPRAY, BOTÓN GOLPE DE VAPOR REGULADOR VAPOR MÁX/MÍN., ORIFICIO PARA DEPÓSITO DE AGUA, SUELA DE ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA LUZ DE ENCENDIDO, CABLE DE ALIMENTACIÓN. - POTENCIA: 2200W - VOLTAJE: 220-240V~50HZ - MEDIDAS: 242X124MM - CABLE DE: 2M. CAPACIDAD: 350 ML - VAPOR VERTICAL - AUTOLIMPIEZA - ANTICAL.</p>	1	62
27	MESA DE REUNIONES	<p>MESA DE REUNIONES PARA 6 PERSONAS. MATERIAL DE MADERA MEDIDAS: ESPESOR DE 25MM ANCHO : 1000 MM X LARGO:2000 MM, LAMINADO DE ALTA PRESIÓN CON 06 SEIS SILLAS EJECUTIVAS CON BASE DE CUATRO O CINCO PATAS CON RUEDITAS DE CAÑO REDONDO, CON POSA BRAZOS, TAPIZADO EN TELA O CUERINA, CASCO DE ASIENTO Y RESPALDERO EN PVC NEGRO, INYECTADO ASIENTO Y ESPALDERO CON ESPUMA. CON MEDIDAS AJUSTADAS A LA MESA. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.</p>	1	62
28	COMPUTADORA PERSONAL (PC) DE ESCRITORIO	<p>REMITIRSE A LA PLANTILLA SICP - COMPUTADORAS TIPO 1 - AVANZADA - CON LICENCIA DE OFFICE GOVERNMENT ACTUAL</p>	5	310

29	IMPRESORA IMPRESORA LÁSER (MULTIFUNCIÓN)	<p>RENDIMIENTO MENSUAL: 65.000 IMPRESIONES MENSUALES MÍNIMO, TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN LASER BLANCO Y NEGRO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 20PPM MÍNIMO, RESOLUCION DE IMPRESIÓN: 2400X 600 DPI MÍNIMO, MEMORIA 128 MB MÍNIMO, TIEMPO DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PAGINA B/N MENOR A 15 SEGUNDOS. 1 BANDEJA DE 250 HOJAS PARA TAMAÑO CARTA HASTA OFICIO. CONEXION ETHERNET 10/100 BASE TX, USB 2.0, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE: WINDOWS 7/8/VISTA/XP/SERVER 2003/8. ALIMENTACION 220-240 V DE FABRICA, TONER INSTALADO CON EL EQUIPO NEGRO CON RENDIMIENTO MINIMO DE 6,000 PAGINAS C/U. LA OFERTA DEBERA INCLUIR CAPACITACION Y CONTENER 2 UNIDADES DE TINTAS DE PRUEBA. CERTIFICADO ISO 9001 O SIMILAR. GARANTIA DE 1 AÑO. LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR EL COSTO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO DE TODOS LOS USUARIOS PARA EL USO CORRECTO DEL EQUIPO Y/O CUALQUIER OTRO GASTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO Y DEBERA CONTENER 2 (DOS) UNIDADES DE TONER DE PRUEBA.</p>	1	62
----	--	---	---	----

30	IMPRESORA DE TICKET	<p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: ESTRUCTURA RAZONABLE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONVENIENTES - INTERFAZ DE COMUNICACIÓN: USB - BÚFER DE DATOS INCORPORADO (SE PUEDE IMPRIMIR) IMPRESIÓN LOS CARACTERES SE PUEDEN AMPLIFICAR, EN NEGRITA, SUBRAYAR, IMPRIMIR, AJUSTAR LOS CARACTERES DE IMPRESIÓN ALREDEDOR DE LA LÍNEA Y EL ESPACIADO ADMITE IMPRESIÓN DE MAPA DE BITS DE DENSIDAD DIFERENTE Y DESCARGAR GRÁFICOS BAJO CONSUMO, COMPATIBLE CON EL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN ESC/POS, CADA FUENTE - OPCIONAL DE IMPRESIÓN Y FUENTE (AJUSTE EL INTERRUPTOR DIP) ADMITE EL MONITOREO DE LA CONDICIÓN DE IMPRESIÓN DE LA RED, EL CONTROLADOR OPOS SUPERIOR FORMA DE IMPRESIÓN: TÉRMICA TAMAÑO DEL PAPEL: ANCHO: 58 MM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 90 MM /S DENSIDAD DE IMPRESIÓN: 384 PINES /LÍNEA VOLTAJE DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN: CA 110V /220V.50-60HZ VOLTAJE DE SALIDA DE ALIMENTACIÓN: CC 12 = 2.6A VOLTAJE DE ENTRADA DE LA IMPRESORA: DC 12 = 2.6A TIPO DE INTERFAZ: USB SISTEMA DE PC: WIN9X /WINME /WIN2000 /WINXP /WINVISTA /WIN7 /WIN8PAQUETE INCLUIDO: 1 IMPRESORA 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN 1 CABLE USB1 1 MANUAL 1 PAPEL DE PRUEBA</p>	1	62
----	---------------------	--	---	----

31	CAMARA DE SEGURIDAD (SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO)	<p>01) DVR CON 2TB DE ALMACENAMIENTO DE 16 CANALES. 02) 10 CÁMARAS FULL HD DEL TIPO BULLET CON 4MP. 03) RACK DE PARED DE 12 U. 04) CABLEADO EXTRACTURADO CATEGORIA 06 ESTRUCTURADO CON CANALETAS DE PLASTICO CON TARUGOS Y CAJAS DE CONEXIÓN TIPO RJ45 EXTERNAS CON INSTALACION.05) EQUIPOS DE BORDE - FIREWALL</p>	1	62
32	AMBÚ PEDIÁTRICO	<p>AMBU RESUCITADOR SILICONA OVAL, PEDIÁTRICO, PESO CORPORAL DE 10-30 KG (1 - 10 AÑOS). VOLUMEN 635 ML. DIMENSIONES (LARGO X DIÁMETRO) 245 MM X 99 MM (9.65 PULG. X 3.9 PULG.)</p>	1	62
33	AMBÚ ADULTO	<p>AMBU RESUCITADOR SILICONA OVAL ADULTO - VOLUMEN 1475 ML. – VOLUMEN TIDAL DE 700 ML. DIMENSIONES (LARGO X DIÁMETRO) 291 MM X 128 MM (11.45 PULG. X 5 PULG.). – EL VOLUMEN DE LA BOLSA DEL DEPÓSITO DE OXÍGENO CON APROXIMADO DE 2600 ML. CON CONECTOR DEL PACIENTE: EXTERIOR 22 MM (ISO) INTERIOR 15 MM (ISO) CONECTOR ESPIRATORIO (PARA VÁLVULA PEEP): 30 MM MACHO (ISO).</p>	1	62

34	BALANZA PARA ADULTOS CON TALLÍMETRO	<p>ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO CROMADO O SATINADO CON PINTURA SECADA AL HORNO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.</p> <p>SISTEMA DE PESAJE TIPO MECÁNICO CON CONTROL INTERNO DE CALIBRACIÓN O PESO DE REFERENCIA.</p> <p>ALTÍMETRO TIPO TELESCOPIO.</p> <p>SUPERFICIE QUE FACILITA LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO.</p> <p>PLATAFORMA SÓLIDA.</p> <p>RANGO DE PESAJE DE 0 A 150 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE.</p> <p>GRADUACIÓN DE 100 GRAMOS.</p> <p>RANGO DE MEDIDA DEL ALTÍMETRO DE 95 CM HASTA 200 CENTÍMETROS.</p> <p>GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	62
35	BALANZA PARA BEBÉ CON TALLÍMETRO.	<p>BALANZA PEDIÁTRICA CON BANDEJA Y TALLÍMETRO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES.</p> <p>ESTRUCTURA DE ACERO CON ACABADO CROMO O SATINADO CON PINTURA SECADA AL HORNO.</p> <p>SISTEMA DE PESAJE DEL TIPO MECÁNICO CON CONTROL DE CALIBRACIÓN INTERNO O PESA DE REFERENCIA.</p> <p>SUPERFICIES QUE FACILITEN LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO.</p> <p>RANGO DE PESAJE HASTA 16 KILOGRAMOS.</p> <p>GRADUACIÓN DE 10 GRAMOS.</p> <p>PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE DE 51 X 24 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE.</p> <p>GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	2	124
36	BALDE PARA DESECHOS HOSPITALARIOS COMUNES	<p>CON TAPA ABATIBLE. TIPO BUZÓN. SIN RUEDA, CAPACIDAD MÍNIMA DE 75 LITROS EN PLÁSTICO.</p>	3	186
37	BALDE PARA DESECHOS HOSPITALARIOS PATOLÓGICOS	<p>CON TAPA ABATIBLE. TIPO BUZÓN. SIN RUEDA, CAPACIDAD MÍNIMA DE 75 LITROS EN PLÁSTICO.</p>	3	186

38	BALÓN DE OXÍGENO MEDICINAL DE 6 M3	<p>EL FABRICANTE DEBE TENER LA NORMA DE CALIDAD ISO. CONSTRUCCIÓN SEGÚN ISO, CE, UL, FDA, JIS, TÜV, MERCOSUR, AL MENOS DOS DE ELLOS.</p> <p>MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL.</p> <p>PINTADO EN COLOR INTERNACIONAL CONVENCIONAL PARA OXÍGENO.</p> <p>CERTIFICADO DE CALIDAD E INSPECCIÓN TÉCNICA. INCLUIR UNA COPIA DE LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.</p> <p>EQUIPADO CON UNA VÁLVULA DE CONEXIÓN DE CARGA ABNT 218-1, CONEXIÓN A UN CILINDRO NGT DE 3/4 ".</p> <p>TUBO DE OXÍGENO CON: DIÁMETRO 4.38", ALTURA 16.7" Y CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO 6061 T6, CON TUBERÍAS Y MÁSCARAS.</p> <p>BOMBILLA DE GAS PARA OXÍGENO MEDICINAL.</p> <p>FABRICADOS EN ACERO DE ALTA PRESIÓN SIN COSTURAS, OXÍGENO MÉDICO, INCLUIDA LA CARGA INICIAL CON OXÍGENO MEDICINAL.</p> <p>EL CILINDRO DEBE INCLUIR LAS NOMENCLATURAS CORRECTAMENTE.</p> <p>IMPRESO; FECHA, SERIE DEL FABRICANTE, TARA, PRESIÓN DE TRABAJO, ETC.</p> <p>CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 6 M3 O SUPERIOR. DOCUMENTO QUE GARANTIZA LA RECARGA DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO NACIONAL.</p> <p>EQUIPADO CON VÁLVULA Y LLAVE DE PASO PARA EL LLENADO.</p> <p>CON VÁLVULA DE PALANCA.</p> <p>GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	62
----	------------------------------------	--	---	----

39	MANÓMETRO	<p>REGULADOR Y REDUCTOR DE OXÍGENO PORTÁTIL (CON MANÓMETRO), CONSTRUCCIÓN SEGÚN ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONALES, QUE SUMINISTRA OXÍGENO A UNA HUMEDAD RELATIVA DE AL MENOS EL 70%. FLUJO DE OXÍGENO ENTRE 3 Y 15 LITROS POR MINUTO.</p> <p>HUMIDIFICADOR TIPO BURBUJA.</p> <p>BOTELLA DE PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 300CC DE CAPACIDAD. CON VÁLVULA DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE CONEXIÓN HEMBRA TIPO RÁPIDO.</p> <p>SISTEMA PARA REDUCIR LA ALTA PRESIÓN DE LOS GASES Y PROPORCIONAR UN SUMINISTRO CONSTANTE A PESAR DE LAS VARIACIONES DE LA PRESIÓN DE ENTRADA.</p> <p>CONEXIÓN FRONTAL O TRANSVERSAL.</p> <p>FILTRO METÁLICO O SIMILAR PARA EVITAR LA ENTRADA DE IMPUREZAS.</p> <p>ACCESORIOS: MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL.</p> <p>GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	2	124
40	BALÓN DE OXÍGENO PORTÁTIL	<p>BALON DE OXIGENO PORTÁTIL CON MANÓMETRO DE ALUMINIO, TIPO ECILINDRO DE OXÍGENO MEDICINAL. PESO MINIMO 4.5 KG. IDEAL COMO SISTEMAPORTÁTIL PARA VIAJE O TRANSPORTE EN AMBULANCIA. INCLUYE COCHE DE ALTURAREGULABLE, CROMADO TIPO E.C/COCHE 685 LTS</p>	1	62

41	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE	CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS. CALIDAD INTERNACIONAL: ISO 13485, CE, FDA, JIS (AL MENOS UNO DE ELLOS). DESDE ACERO INOXIDABLE SANITARIO (TIPO AISI 304) O MEJOR. MEDIDAS: 38 CM X 25 CM. (+ 2CM DE VARIACIÓN). GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO	1	62
42	BANDA P/ CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA. INEXTENSIBLES	DATOS TÉCNICOS RANGO DE MEDICIÓN EN CM:0 - 59 CM RANGO DE MEDICIÓN EN INCH:0 - 23 " DIVISIÓN:1 MM / 1/16 INCH DIMENSIONES (AXAXP):25 X 1 X 663 MM , 1 X 0 X 26,1 INCH PESO NETO:60 G , 0,1 LBS FUNCIONES:MEDICIÓN MÓVIL	1	62
43	CINTA OBSTÉTRICA	CINTA MÉTRICA PARA MEDIR LA ALTURA UTERINA DURANTE EL EMBARAZO. CINTA MÉTRICA DE 50 CM CON DIVISIONES DE MEDIO CM.	1	62

44	DETECTOR FETAL (ECO SON)	<p>DETECTOR DE LATIDO FETAL - ECOSON CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES. SISTEMA DE SEGURIDAD ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES. TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADOR / ELECTRÓNICO CON PANEL DE CONTROL DE LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN / ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, NIVEL DE VOLUMEN, DETECCIÓN DE FALLAS, ETC. ALTAVOZ Y AURICULAR PARA AUDICIÓN DE LA SEÑAL DOPPLER. CONTADOR DE PULSO INCORPORADO ACÚSTICO O VISUAL. FABRICACIÓN ACORDE A LA NORMA PARA ADECUACIÓN DE USO PORTÁTIL. CONEXIÓN INTERFASE DE SALIDA PARA REGISTRO EXTERNO. FACILIDAD DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO CON FRECUENCIA DE 2 MHZ. O SIMILAR. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V / 50 HZ. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: PILAS O BATERÍAS DE 12 V O SIMILAR RECARGABLES. ACCESORIOS: MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL. CARGADOR DE PILA/BATERÍA 220 V/12V. 20 POMOS DE GEL PARA ULTRASONIDOS. 1 TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO DE 2 MHZ. O SIMILAR. MALETÍN DE TRANSPORTE. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	2	124
45	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO BIFÁSICO CON ADAPTACION AUTOMÁTICA, ELECTRODOS PRECONECTADOS PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICO Y SECUENCIA DE DESCARGA PROGRAMABLE, CON SISTEMA PARA ECG. INCLUYE UN JUEGO DE PARCHES P/ ELECTRODOS, BATERÍAS, CON MALETÍN DE TRANSPORTE</p>	1	62

46	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON MANGUITO ADULTO	<p>TENSIÓMETRO ANEROIDE CON MANGUITO ADULTO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES.</p> <p>MANÓMETRO DE TIPO RELOJ CON INDICACIÓN ANALÓGICA DE FÁCIL LECTURA.</p> <p>PURGA DE AIRE CON DISPOSITIVO REGULADOR DE LA VELOCIDAD DE SALIDA DEL AIRE.</p> <p>SISTEMA DE MANGUERA QUE COMUNICA EL MANGUITO CON EL MANÓMETRO.</p> <p>INFLACIÓN PERA DE CAUCHO RESISTENTE Y ALTA ELASTICIDAD.</p> <p>PULSERA PARA ADULTOS CON BOLSA DE GOMA Y FUNDA DE TEJIDO DE POLIAMIDA CON CIERRE DE VELCRO, LAVABLE HASTA UNA TEMPERATURA DE 60º C.</p> <p>ESTUCHE DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO.</p> <p>BUEN DISEÑO DE LA ESCALA DEL MANÓMETRO PARA UNA LECTURA PRECISA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</p> <p>PRINCIPIO DE MEDICIÓN: MÉTODO DE RIVA-ROCCI Y KOROTKOFF.</p> <p>PIEZAS DE METAL CROMADO.</p> <p>RANGO DE MEDIDA: DE 0 A 300 MM. HG.</p> <p>PULSERA CON TUBO O MANGUERA DE ADULTO.</p> <p>ACCESORIOS: MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA.</p> <p>GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	5	310
----	---	---	---	-----

47	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON MANGUITO PEDIÁTRICO	<p>TENSÍOMETRO ANEROIDE CON MANGUITO PEDIÁTRICO. CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES. MANÓMETRO DE TIPO RELOJ CON INDICACIÓN ANALÓGICA DE FÁCIL LECTURA. PURGA DE AIRE CON DISPOSITIVO REGULADOR DE LA VELOCIDAD DE SALIDA DEL AIRE. SISTEMA DE MANGUERA QUE COMUNICA EL MANGUITO CON EL MANÓMETRO. INFLACIÓN PERA DE CAUCHO RESISTENTE Y ALTA ELASTICIDAD. PULSERA PARA ADULTOS CON BOLSA DE GOMA Y FUNDA DE TEJIDO DE POLIAMIDA CON CIERRE DE VELCRO, LAVABLE HASTA UNA TEMPERATURA DE 60° C. ESTUCHE DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO. BUEN DISEÑO DE LA ESCALA DEL MANÓMETRO PARA UNA LECTURA PRECISA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRINCIPIO DE MEDICIÓN: MÉTODO DE RIVA-ROCCI Y KOROTKOFF. PIEZAS DE METAL CROMADO. RANGO DE MEDIDA: DE 0 A 300 MM. HG. PULSERA CON TUBO O MANGUERA DE ADULTO. ACCESORIOS: MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	4	248
48	ESPÉCULO VAGINAL (PEQUEÑO) DE ACERO INOXIDABLE	DE ACERO INOXIDABLE SANITARIO GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	8	496
49	ESPÉCULO VAGINAL (MEDIANO) DE ACERO INOXIDABLE	DE ACERO INOXIDABLE SANITARIO GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	8	496

50	ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE) DE ACERO INOXIDABLE	DE ACERO INOXIDABLE SANITARIO GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	8	496
51	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	DIÁMETRO DE MEMBRANA 44 MM. - LONGITUD TOTAL 74 CM.PESO 151 G. PIEZA DE CONTACTO DOBLE DE ALTA PRECISIÓN, ARCO ANATÓMICO CON PRESIÓN DE APRIETE REGULABLE. - COMPLETAMENTE LIBRE DE LÁTEX. - PIEZA DE CONTACTO DOBLE ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE. OLIVAS BLANDAS, INTERCAMBIABLES Y GIRATORIAS CON CAPACIDAD DE DETECTAR SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA.	5	310
52	ESTETOSCOPIO DE PINARD	INSTRUMENTO CILÍNDRICO DE METAL PARA FACILITAR LA AUSCULTACIÓN MONO AURICULAR DE LOS SONIDOS CARDIACOS Y RESPIRATORIOS Y POSTERIORMENTE UTILIZADOS TAMBIÉN PARA LA AUSCULTACIÓN DE LOS SONIDOS EN OTRAS PARTES DEL CUERPO, COMO LATIDOS FETALES. CONSTA DE UN CILINDRO O TRONCO DE CONO HUECO, QUE SE APOYA EN LA SUPERFICIE CORPORAL, UNIDA A UN DISCO CIRCULAR, SOBRE EL QUE EL EXPLORADOR APOYA LA OREJA PARA PRACTICAR LA AUSCULTACIÓN MEDIATA. FUE EL PRECEDENTE HISTÓRICO DE LOS MODERNOS FONENDOSCOPIOS BIAURICULARES. ESTOS FONENDOSCOPIOS COMENZARON PARA LA AUSCULTACIÓN DEL CORAZÓN Y PULMONAR, PERO SU UTILIZACIÓN FINAL FUE PARA ESCUCHAR LOS LATIDOS FETALES. MEDIDA: 15 CM DE LARGO. FABRICADO EN ALUMINIO. FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	2	124

53	AUTOCLAVE - 60 LITROS	<p>AUTOCLAVE DE ESTERILIZACION NORMAS DE CALIDAD ESPECÍFICAS: FDA, CE O JIS AL MENOS ALGUNA DE ELLAS. NORMAS DE CALIDAD: ISO 13485. CÁMARA HORIZONTAL RECTANGULAR CON DOBLE PUERTA. CON PUERTOS Y/O CONEXIONES PARA INTERCONECTAR CON SISTEMA COMPUTARIZADO DE TRAZABILIDAD, PARA ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS DEL PROCESO, EN TIEMPO REAL CON LECTURA AUTOMÁTICA DE DATOS DE USUARIO (NOMBRE DE LA BANDEJA, USUARIO, FECHA) Y CON SISTEMA DE DIAGNÓSTICO REMOTO. CAPACIDAD DE LA CÁMARA INTERNA: AL MENOS 60 LITROS ±5%. CÁMARAS INTERNA Y EXTERNA EN ACERO INOXIDABLE 316L O 316TI. CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA CÁMARA EMITIDA POR LA ASME O POR UNA AGENCIA DE INSPECCIÓN AUTORIZADA OFICIALMENTE POR LA ASME LAS MISMAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS POR LA EMPRESA UNA VEZ SEA ADJUDICADA. TRANSDUCTORES DE PRESIÓN ELECTRÓNICA. MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIANTE SENSOR PT100. CONTROL DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN POR PRESIÓN. CÁLCULO DE VALOR DE F0. DETECCIÓN DE CIERRE CORRECTO DE PUERTA. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DE ESTERILIZACIÓN. CON SELECCIÓN DE FUENTE DE VAPOR. IMPRESORA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN (HORA LOCAL, TIEMPO, FASE DEL CICLO, PRESIÓN, TEMPERATURA Y F0 COMO MÍNIMO) Y MENSAJES DE ERROR, CON INTERVALOS DE IMPRESIÓN REGULABLES. EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR LOS SIGUIENTES CICLOS COMO MÍNIMO: - BOWIE & DICK. - TEST DE FUGAS. - TEJIDOS. - INSTRUMENTALES. - FLASH. - LÍQUIDOS. POSIBILIDAD DE MODIFICAR LOS PARÁMETROS DE LOS CICLOS PREGRABADOS O COMO MÍNIMO DOS CICLOS PROGRAMABLES. RANGO DE TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN VARIABLE DE 121°C A 134°C O MAYOR RANGO. RANGO DE MODIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN ENTRE 5 (CINCO) Y 30 (TREINTA) MINUTOS O MAYOR RANGO.</p>	1	62
----	-----------------------	--	---	----

		<p>DOTADO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE ANOMALÍAS O ALARMAS DE FALLAS DE FUNCIONAMIENTO. EL GENERADOR DE VAPOR DEBERÁ TENER PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AUTOMÁTICO A TRAVÉS DE BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA. IMPOSIBILIDAD DE INICIO DE CICLO, SIN PRESURIZACIÓN DE LA GUARNICIÓN. FILTRO DE AIRE ANTIBACTERIANO, PARA ENTRADA A CÁMARA INTERNA. (EL OFERENTE DEBERÁ PROVEER FILTROS DURANTE EL PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO). ALARMA DE FALTA DE AGUA EN GENERADOR, AGUA EN BOMBA DE VACÍO, VAPOR Y AIRE COMPRIMIDO, E IMPOSIBILIDAD DE INICIAR CICLO ANTE LA FALTA DE DICHS PARÁMETROS. CONTRASEÑA NUMÉRICA PARA ACCEDER A PROGRAMACIÓN. BOTÓN, TECLA O PULSADOR PARA ABORTO DE CICLO EN EJECUCIÓN. PIES REGULABLES PARA NIVELACIÓN DEL EQUIPO. CONTROL DE VAPOR, AIRE COMPRIMIDO, ETC. MEDIANTE VÁLVULAS SOLENOIDES, Y/O NEUMÁTICAS. MANÓMETRO DE PROVISIÓN DE VAPOR, PRESIÓN DE CALDERA, Y ENTRE CÁMARA. EL EQUIPO DEBERÁ TENER MANOVACUÓMETRO DE CÁMARA INTERNA EN LOS DOS FRENTES Y MANÓMETRO DE CÁMARA EXTERNA EN EL LADO DE CARGA COMO MÍNIMO. ALARMA DE EXCESO DE PARÁMETROS CON VISUALIZACIÓN EN PANTALLA. ACCESORIOS. 4 (CUATRO) PARES DE GANTES PARA TEMPERATURA POR CADA EQUIPO. SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE AGUA. BOMBA DE AGUA QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE CAUDAL / PRESIÓN DEL EQUIPO OFERTADO. FILTRO MULTIMEDIA DE TRES CAPAS (GRAVA, ARENA Y ANTRACITA) O MÁS. FILTRO ABLANDADOR (CON SU RESPECTIVO TANQUE PARA SALMUERA). FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO. CABEZALES AUTOMÁTICOS PARA RETRO LAVADO Y REGENERACIÓN DE RESINAS. FILTRO DE PARTÍCULAS. FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO. OSMOSIS INVERSA. OTROS REQUERIMIENTOS. COMPRESOR DE AIRE EXENTO DE ACEITE ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO OFERTADO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 220 VAC ± 10%, 50HZ</p>	
--	--	--	--

		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON REPUESTOS. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.		
54	GESTOGRAMA	MATERIAL DE FORMA CILÍNDRICA, ELABORADA SEGÚN MUESTRA DE LA CONVOCANTE.	1	62
55	LÁMPARA PORTÁTIL CUELLO DE CISNE	LÁMPARA DE PIE CON CUELLO MÓVIL PARA USO EN CONSULTORIO.CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD: ISO 13485, CE, FDA, JIS, TUV (AL MENOS UNO).CON BRAZO FLEXIBLE, TIPO CUELLO DE CISNE, DE AL MENOS 60 CM DE RADIO DE ACCIÓN. ILUMINACIÓN HALÓGENA 30W O LED 9W O MEJOR. TEMPERATURA COLOR: RANGO ENTRE 3.500K A 4.000K. VIDA ÚTIL DE FOCO 2.000HS (HALÓGENA) O 50.000 (LED).BASE METÁLICA (ACERO INOXIDABLE O CROMADA AL NÍQUEL); CON AL MENOS 5 RUEDAS (UNA DE ELLAS CON FRENO), CON ALTURA AJUSTABLE HASTA 1,000MM O MAYOR. INTERRUPTOR ENCENDIDO/APAGO Y BOTÓN GIRATORIO PARA CONTROL DE INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN.ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 V/50 HZ.ACESORIOS: LÁMPARA DE REPUESTO EXISTENTE EN EL MERCADO LOCAL Y TOMA TIPO SCHUKO.GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.	4	248

56	NEGATOSCOPIO	<p>ESPECIFICAR: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACIÓN CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES ISO, CE, UL, FDA, TÜV, NORMAS DE MERCOSUR, AL MENOS UNO DE ELLOS.</p> <p>ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, MÓVIL O FIJO DE PARED O EMPOTRADO, CON UNA SECCIÓN MÁS, PANEL FRONTAL DE ACRÍLICO, BALASTRA DE ENCENDIDO RÁPIDO, SISTEMA PARA SUJETAR LAS PELÍCULAS, ILUMINACIÓN CON LED, CON DURACIÓN DE POR LO MENOS 3000 HORAS.</p> <p>DEBERÁN SER DEL MISMO MODELO Y SU ILUMINACIÓN DEBE SER CONTINUA, SIN PARPADEOS.</p> <p>BRILLO DE AL MENOS 5000CD/M2.</p> <p>LA ILUMINACIÓN EN UN MISMO NEGATOSCOPIO DEBERÁ VARIAR MENOS QUE UN 15% ENTRE ZONA Y OTRA ZONA.</p> <p>LA VARIACIÓN DE ILUMINACIÓN ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERÁN SER MENOR QUE 15%.</p> <p>GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	3	186
57	PORTA SUERO RODANTE DE 2 SERVICIOS	<p>PORTA SUERO RODANTE DE 2 SERVICIOS: CONSTRUCCIÓN ACORDE CON NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CON ACABADO AL CROMO O SATINADA CON PINTURA EPOXI. CON 4 O 5 RUEDAS MULTIDIRECCIONALES. BASES DESMONTABLES SOBRE LAS RUEDAS. ALTURA REGULABLE CON TORNILLO DE SUJECIÓN. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.</p>	1	62

58	CAJA DE CIRUGÍA MENOR	<p>CAJA PARA CIRUGÍA MENOR. FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO SANITARIO RESISTENTE AL CARBONO, CON 1 AÑO DE GARANTÍA. COMPUESTO POR: - UNA (1) PINZA HEMOSTÁTICA DE MOSQUITO CURVADA DE 14 CM, - UNA (1) PINZA MOSQUITO TIPO HEMOSTÁTICO RECTO DE 14 CM, - UNA (1) PINZA DE DISECCIÓN TIPO ADSON C /DIENTE DE 14 CM, - UNA (1) PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR SIN DIENTE DE 14 CM, - UNA (1) PORTA AGUJAS ESTÁNDAR DE 14 CM, - UNA (1) TIJERA LITTAUERS (PUNTOS) DE 14 CM. - UNA (1) TIJERA CURVA DE MAYO DE 14 CM, - UNA (1) TIJERA DE MAYO RECTA DE 14 CM. - UN (1) MANGO DE BISTURÍ N. 4 DE 14 CM., - UN PAR DE SEPARADORES DE DOBLE USO, - UN (1) ENGARZADO RECTO CRILE DE 14 CM., - UNA (1) PINZA CURVA CRILE DE 14 CM., - UNA (1) CAJA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O SUPERIOR, CON TAPA Y CON ASA, MEDIDA AJUSTABLE. TODOS LOS INSTRUMENTOS DEBEN TENER CERTIFICADOS DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD: CE, ISO13485, JISTUV, FDA O MERCOSUR O AL MENOS 2 DE ELLOS. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	62
59	CAJA PARA CURACIONES	<p>CAJA DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA. DE 17 X 7 CM, X 4 CM DE ALTURA. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.</p>	1	62

60	SET DE INSTRUMENTAL PARA INSERCIÓN DE DIU	<p>1 EJEMPLAR DE TAMAÑO GRANDE. 1 EJEMPLAR DE BAJO TAMAÑO MEDIANO. 1 PINZA DE FOESTER RECTA 24 CM. 1 CLIP DE CÉRVIX DE POZZI 25 CM. 1 HISTERÓMETRO SIMS 32 CM. 1 TIJERA PARA HILOS ROMA - ROMA 18 CM. 1 CLIP HEMOSTÁTICO PEAN RECTO DE 18 CM. 1 ESTUCHE PARA INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE. CON TAPA C/ MANGO 40X20X10 CM. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	62
61	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	<p>TAMBOR MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE.FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE.CON SISTEMA DE SEGURO DE CIERRE HERMÉTICO.MEDIDAS APROXIMADAS: 33 CM DE DIÁMETRO Y 16 CM DE PROFUNDIDAD.GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	3	186

62	TERMÓMETRO DIGITAL	<p>MÉTODO DE MEDICIÓN: NIR (NEAR- INFRARED) TIEMPO DE MEDICIÓN: 3 SEGUNDOS (24 MEDICIONES POR SEGUNDO) RANGO DE MEDICIÓN: 20.0°C – 42.2°C (68.4°F – 108.0°F) PRECISIÓN: ±0.2°C MEMORIA: 8 MEDICIONES PANTALLA: PANTALLA DIGITAL (LCD:4 DÍGITOS) CLASIFICACIÓN: TIPO B APAGADO AUTOMÁTICO: LUEGO DE 1 MINUTO DE NO SER UTILIZADO BATERÍA: 1 X LITIO (CR2032); 6.000 MEDICIONES DIMENSIONES: 33MM X 42MM X 143MM PESO NETO: 60 G. (INCLUYENDO 1 BATERÍA) AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 10°C – 40°C; 30%-85%; 70-106KPA AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO: - 20°C-60°C; MENOS DE 95%, 70-106KPA CERTIFICACIONES: CE0120; ISO- 9001:2000, ISO-13485:2003.</p>	7	434
63	EQUIPO DE DIAGNÓSTICO (OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO)	<p>EQUIPO PARA O.R.L CARACTERÍSTICAS: OTOSCOPIO CON MANGO GRANDE Y JUEGO DE LENTES DE AUMENTO. LENTES PEQUEÑOS EN EL BRAZO Y JUEGO DE TRES ESPÉCULOS DE EXTREMOS CIRCULAR CON LÁMPARA. OFTALMOSCOPIO DE MAY CON LÁMPARA. EXTENSIÓN DE LUZ CON LÁMPARA. DEPRESOR DE LENGUA. ESPEJO LARÍNGEOS Y POST-NASALES. MANGO GRANDE CON SUS PILAS. ACCESORIOS: MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL. EMBALAJE ADECUADO PARA ALMACENAMIENTO. ESTUCHE Y PILAS DE REPUESTO EXISTENTES EN EL MERCADO LOCAL. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	2	124

64	CHATA	CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES. DE PLÁSTICO. TIPO DE POLIVINILO. TAMAÑO ESTÁNDAR PARA ADULTOS GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO	1	62
65	GALLO	CONSTRUIDO DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES. DE PLÁSTICO CON TAPA MEDIDA: ADULTO, ESTÁNDAR. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO	1	62
66	GLUCÓMETRO	DIMENSIONES: : 94 X 52 X 21 MM - PESO: MINIMO 52G. - PANTALLA: LCD, SONIDO: SI , PILAS: 1 PILA CAMBIABLECR.2032, 3V TIPO 2032, CON UNA VIDA DE APROX. 2,000 MEDICIONES, APAGADO AUTOMATICO, CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: - 25 ºC HASTA + 70 ºC . MEMORIA: HASTA 500 RESULTADOS. ACCESORIOS:20 TIRAS REACTIVAS, 10 LANCETAS, 01 DISPOSITIVO DE PUNCIÓN, 01 ESTUCHE CON COMPARTIMIENTOS. INCLUIR MANUAL DE USO EN ESPAÑOL.	5	310

67	PULSIOXÍMETRO (oxímetro) NEONATAL	<p>OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL CON SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO NEO.</p> <p>ESPECIFICAR: MARCA, PROCEDENCIA, MODELO Y AÑO DE FRABRICACIÓN.</p> <p>CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES, ISO, CE, UL, FDA, TUV, MERCOSUR, AL MENOS DOS DE ELLOS.</p> <p>TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADORES, CONECTIVIDAD RS-232 SERIAL.</p> <p>PANTALLA TFT A COLOR LCD 128X64 COMO MÍNIMO</p> <p>SISTEMA DE VISUALIZACIÓN A TRAVÉS DE PANTALLA DE VALORES DIGITALES CON CURVA PLETISMOGRÁFICA EN PANTALLA.</p> <p>MÓDULO PARA OXIMETRÍA DE PULSO CON SENSORES, SATURÓMETRO PERCUTÁNEA CON SENSOR DACTILAR (SENSOR DE SAO2) TAMAÑO NEO.</p> <p>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/50 HZ Y BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 4 HORAS DE USO CONTINUO COMO MÍNIMO.</p> <p>5 (CINCO) SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO PEDIÁTRICO.</p> <p>1 (UN) CARGADOR DE BATERÍAS.</p> <p>1 (UNA) BATERÍA DE REPUESTO.</p> <p>CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V / 50 HZ.</p> <p>MANUAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS EN ESPAÑOL.</p> <p>GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	62
----	-----------------------------------	---	---	----

68	PULSIOXÍMETRO PEDIÁTRICO	<p>OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL CON SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO PEDIÁTRICO.ESPECIFICAR: MARCA, PROCEDENCIA, MODELO Y AÑO DE FRABRICACIÓN.CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES, ISO, CE, UL, FDA, TUV, MERCOSUR, AL MENOS DOS DE ELLOS.TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADORES, CONECTIVIDAD RS-232 SERIAL.PANTALLA TFT A COLOR LCD 128X64 COMO MÍNIMOSISTEMA DE VISUALIZACIÓN A TRAVÉS DE PANTALLA DE VALORES DIGITALES CON CURVA PLETISMOGRÁFICA EN PANTALLA.MÓDULO PARA OXIMETRÍA DE PULSO CON SENSORES, SATURÓMETRO PERCUTÁNEA CON SENSOR DACTILAR (SENSOR DE SAO2) TAMAÑO PEDIÁTRICOALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/50 HZ Y BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 4 HORAS DE USO CONTINUO COMO MÍNIMO.5 (CINCO) SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO PEDIÁTRICO.1 (UN) CARGADOR DE BATERÍAS.1 (UNA) BATERÍA DE REPUESTO.CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V / 50 HZ.MANUAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS EN ESPAÑOL.GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	2	124
----	--------------------------	--	---	-----

69	PULSIOXÍMETRO ADULTO	<p>OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL CON SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO ADULTO. ESPECIFICAR: MARCA, PROCEDENCIA, MODELO Y AÑO DE FRABRICACIÓN. CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES, ISO, CE, UL, FDA, TUV, MERCOSUR, AL MENOS DOS DE ELLOS. TECNOLOGÍA DE MICROPROCESADORES, CONECTIVIDAD RS-232 SERIAL. PANTALLA TFT A COLOR LCD 128X64 COMO MÍNIMO.</p> <p>SISTEMA DE VISUALIZACIÓN A TRAVÉS DE PANTALLA DE VALORES DIGITALES CON CURVA PLETISMOGRÁFICA EN PANTALLA. MÓDULO PARA OXIMETRÍA DE PULSO CON SENSORES, SATURÓMETRO PERCUTÁNEA CON SENSOR DACTILAR (SENSOR DE SAO2) TAMAÑO ADULTOS. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/50 HZ Y BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 4 HORAS DE USO CONTINUO COMO MÍNIMO. 5 (CINCO) SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TAMAÑO ADULTOS. 1 (UN) CARGADOR DE BATERÍAS. 1 (UNA) BATERÍA DE REPUESTO. CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V / 50 HZ. MANUAL DE OPERACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS EN ESPAÑOL. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	4	248
----	----------------------	--	---	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

70	SILLA DE RUEDAS	ESPECIFICAR: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACIÓN MARCO FABRICADO DE ACERO CROMADO, DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE FÁCIL PLEGADO, TAPIZADO EN CUERINA LAVABLE, EMPUÑADURAS ANATÓMICAS. REPOSA BRAZOS CON TAPA TAPIZADO EN CUERINA ACOLCHADA, DESMONTABLES. REPOSA PIES DESMONTABLES Y RECLINABLES, REGULABLES EN ALTURA. REPOSA PANTORRILLAS ACOLCHADAS. RUEDAS TRASERAS CON NEUMÁTICOS DE CAMBIO RÁPIDO. SENSOR DE FRENO RESORTE, EJE CON RULEMANES AROS DE COMANDO EN DURALUMINIO. RUEDAS POSTERIORES DE 60 CM Y ANTERIORES DE 20 CM GIRATORIAS EN 360 GRADOS. CAPACIDAD DE PESO 150KG O MEJOR. BOLSILLO PORTA DOCUMENTOS TRASEROS. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.	1	62
----	-----------------	--	---	----

71	CAMILLA FIJA	<p>ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA. MONTADO EN 4 PATAS SIN RUEDAS. CON CABEZA AJUSTABLE. ROPA DE CAMA ACOLCHADA Y TAPICERÍA EN VINILO LAVABLE, ALFOMBRAS DE PLÁSTICO. MEDIDAS: 1.75 M LARGO X 0.55 M ANCHO X 0.80 M ALTO, CON RELLENO DE 5 CM. - CON ESCALERA METÁLICA PARA PACIENTE DE 2 PELDAÑOS. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE Y HUELLAS FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: 0.40 M DE LARGO X 0.30 M DE ANCHO X 0.36 M DE ALTO. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS</p>	2	124
72	MESA PARA EXPLORACION PEDIÁTRICA CON TALLÍMETRO	<p>MESA PEDIÁTRICA CON ESTADIÓMETRO ELABORADA CON PINTURA AL HORNO O ELECTROSTÁTICA, CON ALMOHADILLA DE ESPONJA, FORRADA CON EXPANSIBLE DE ALTA RESISTENCIA, FÁCILMENTE LAVABLE Y CINTA MÉTRICA INCORPORADA EN CENTÍMETROS Y PULGADAS PARA LA MEDICIÓN DEL NIÑO, INCLUYE DOS CAJONES EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR. MEDIDAS: 1 M DE ALTURA, 1.53 M DE ANCHO, 58 CM DE PROFUNDIDAD. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	62

73	CAMILLA GINECOLÓGICA	<p>ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA. MONTADO EN 4 PATAS SIN RUEDAS. CON CABEZA AJUSTABLE. ROPA DE CAMA ACOLCHADA Y TAPICERÍA EN VINILO LAVABLE, ALFOMBRAS DE PLÁSTICO. MEDIDAS: 1.75 M LARGO X 0.55 M ANCHO X 0.80 M ALTO, CON RELLENO DE 5 CM. - CON ESCALERA METÁLICA PARA PACIENTE DE 2 PELDAÑOS. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE Y HUELLAS FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: 0.40 M DE LARGO X 0.30 M DE ANCHO X 0.36 M DE ALTO. EL SOPORTE DE LA CAMILLA DEBE SER AJUSTABLE PARA LAS PIERNAS EN FORMA ANATÓMICA. FACILIDAD DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	62
74	CAMILLA MÓVIL	<p>ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA. MONTADO EN 4 PATAS CON RUEDAS. CON CABEZA AJUSTABLE. ROPA DE CAMA ACOLCHADA Y TAPICERÍA EN VINILO LAVABLE, ALFOMBRAS DE PLÁSTICO. MEDIDAS: 1.75 M LARGO X 0.55 M ANCHO X 0.80 M ALTO, CON RELLENO DE 5 CM. CON ESCALERA METÁLICA PARA PACIENTE. ESCALERA DE 2 PELDAÑOS. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE Y HUELLAS FORRADAS CON GOMA ANTIDESLIZANTE. MEDIDAS: 0.40 M DE LARGO X 0.30 M DE ANCHO X 0.36 M DE ALTO. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	62

75	MESA RODANTE PARA CURACIONES	<p>MESA RODANTE PARA CURACIONES: CONSTRUCCIÓN SEGÚN ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONALES: ISO, CE, FDA, JIS O REGISTRO DE MARCA COMERCIAL EMITIDO M.I.C. (AL MENOS UNO DE ELLOS) CONSTRUIDO EN ACERO EPOXI, CON ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA. CON DOS BANDEJAS SUPERPUESTAS Y CON RIELES LATERALES (BARRAS ALREDEDOR), BASURA Y CUBETA CON SOPORTE, MANIJA DE EMPUJE, CUATRO RUEDAS QUE GIRAN AL MENOS 2 PULGADAS, DOS CON FRENOS Y DOS SIN FRENOS. LOS MANUALES TÉCNICOS, DE OPERACIÓN Y DE CATÁLOGOS DEBEN ESTAR EN ESPAÑOL O CON TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR UN TRADUCTOR REGISTRADO. GARANTÍA ESCRITA POR 1 AÑO.</p>	1	62
----	------------------------------	--	---	----

76	ALFOMBRA DE GOMA EVA 30 X 30 CM	<p>MATERIAL: ETIL VINIL ACETATO. CARACTERÍSTICA: SUPERFICIE LISA, COLORES VIVOS, MATERIAL LIVIANO, TERMOFORMABLE, NO TÓXICO, LAVABLE, SIN BORDES AFILADOS. PRESENTACIÓN UNIDADTAMAÑO SET DE 10 CUADROS ENCASTRABLES DE 30X30CM POR 5MM DE ESPESOR. REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO.NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTOPRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	5	310
----	---------------------------------	--	---	-----

77	JUEGOS DE ENCASTRE DE FORMAS GEOMÉTRICAS 16 PIEZAS	<p>MATERIAL: MADERA PRESENTACIÓN 1 BASE Y 16 PIEZAS ENCASTRABLES TAMAÑO DE LA BASE: 20 X 20 CM COMO MÍNIMO. CARACTERÍSTICAS: LAS PIEZAS ENCASTRABLES DEBERÁN SER DE POR LO MENOS 4 FORMAS GEOMÉTRICAS DIFERENTES, ASÍ COMO MÍNIMO DE 4 COLORES DIFERENTES. PINTURAS NO TÓXICAS, RESISTENTES Y DURADEROS. CON O SIN BOTÓN DE AGARRE. PRESENTACIÓN DE UNIDAD DE MUESTRA, EMPAQUETADO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	6	372
----	--	--	---	-----

78	CUBO DESARMABLE DE ENCASTRES 6 PIEZAS FORMAS VARIAS	<p>MATERIAL PLÁSTICO, NO TÓXICO CARACTERÍSTICA: CUBO DESARMABLE, CON FIGURAS/PIEZAS A ENCASTRAR/INTRODUCIR POR CADA UNO DE SUS LADOS. LAS FIGURAS PUEDEN SER CON FORMAS GEOMÉTRICAS Y/O DE ANIMALES Y/O DE FRUTAS. COMO MÍNIMO DEBE TENER 6 FIGURAS/PIEZAS A ENCASTRA/INTRODUCIR. TAMAÑO MÍNIMO DEL CUBO DE 15 CM DE LADO. PRESENTACIÓN DE UNIDAD DE MUESTRA. REFERENCIA. EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y FABRICANTE). FECHA VENCIMIENTO. LOS ENVASES DEBEN CONTENER LA LEYENDA DE QUE: NO CONTIENE FALATOS NI BISPHENOL A (BPA FREE) NI FORMALDEHÍDOSO SIMPLEMENTE LA LEYENDA DE QUE SE TRATA DE UN JUGUETE NO TÓXICO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O VIDEO TUTORIAL DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	12	744
----	--	--	----	-----

79	JUEGO DE FORMAS DE ANIMALES (ANIMALES DE GRANJA)	<p>CADA JUEGO DEBE CONTENER POR LO MENOS 8 PIEZAS DE DIFERENTES ANIMALES DE GRANJA. MATERIAL: PLÁSTICO, NO TOXICO. NO CONTIENE FTALATOS NI BISPHENOL A (BPA FREE) NI FORMALDEHÍDOS. O SIMPLEMENTE LA LEYENDA DE QUE SE TRATA DE UN JUGUETE NO TÓXICO. TAMAÑO APROXIMADO: 10 CM DE ALTO X 5 CM LARGO. 8 A 10 PIEZAS EMBALAJE DE FÁBRICA, CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	12	744
----	--	---	----	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

80	JUEGO DE FORMAS DE ANIMALES (ANIMALES SILVESTRES)	CADA JUEGO DEBE CONTENER POR LO MENOS 8 PIEZAS DE DIFERENTES ANIMALES DE SILVESTRES O DE LA SELVA. MATERIAL: PLÁSTICO, NO TOXICO. NO CONTIENE FTALATOS NI BISPENOL A (BPA FREE) NI FORMALDEHÍDOS. O SIMPLEMENTE LA LEYENDA DE QUE SE TRATA DE UN JUGUETE NO TÓXICO.TAMAÑO APROXIMADO: 10 CM DE ALTO X 5 CM LARGO. 8 A 10 PIEZASEMBALAJE DE FÁBRICA, CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTOPRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	12	744
----	---	---	----	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

81	JUEGO DE CUBOS PARA APILAR	<p>PRESENTACIÓN SET DE 15 UNIDADES DE CUBOS COMO MÍNIMO MATERIAL MADERA, CON PINTURA NO TÓXICA CARACTERÍSTICA SUPERFICIE LISA, DIFERENTES COLORES TAMAÑO MÍNIMO DE 6 CM DE LADO. EMBALAJE DE FÁBRICA, CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO.</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	6	372
----	----------------------------	---	---	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

82	MEMORIA USB	EN ESTRUCTURA DE PLÁSTICO CON COBERTURA PROTECTORA DE METAL, CON CAPACIDAD DE 64 GB. GARANTÍA DE 1 AÑO.NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTOPRESENTAR MUESTRA O VIDEO TUTORIAL DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN.NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTOPRESENTAR MUESTRA O VIDEO TUTORIAL DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	2	124
----	-------------	--	---	-----

83	PELOTA 15 CM DE DIÁMETRO	<p>MATERIAL PLÁSTICO, NO TÓXICO PARA EXTERIOR CARACTERÍSTICA COLORES VIVOS, UNIFORMES, TAMAÑO 15 CM DE DIÁMETRO REFERENCIA: EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	10	620
84	PELOTA 20 CM DE DIÁMETRO	<p>MATERIAL PLÁSTICO, NO TÓXICO PARA EXTERIOR CARACTERÍSTICA COLORES VIVOS, UNIFORMES, TAMAÑO 20 CM DE DIÁMETRO REFERENCIA: EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	10	620



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García
Teléf.: R.A. (061) 548 4000
Página Web: www.tesai.org.py
Email: fundacion@tesai.org.py
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

85	REPRODUCTOR MP3	EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE). CON RADIO AM/FM NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O VIDEO TUTORIAL DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O VIDEO TUTORIAL DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	2	124
----	-----------------	---	---	-----

86	ROMEPECABEZAS DE 4 PIEZAS	<p>MATERIAL: CARTÓN NO CORRUGADO PLASTIFICADO. NO TÓXICO. ESPESOR: MÍNIMO 3MM, MÁXIMO 5MM APROXIMADAMENTE, BORDES REDONDEADOS. CARACTERÍSTICA SUPERFICIE LISA, CON FIGURAS SIMPLES DE FRUTAS, ELEMENTOS DE LA NATURALEZA, PLATOS, CUCHARAS, PEINES, CEPILLO DE DIENTES, ETC. TAMAÑO: 15X15CM.FIGURAS CON CORTES SINUOSOS, CON TABLERO ÚNICO Y LOS HUECOS PARA INSERTAR LAS PIEZAS PRESENTACIÓN DE UNIDAD DE MUESTRA. REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE).</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	10	620
----	---------------------------	--	----	-----

87	ROMPECABEZAS DE 8 PIEZAS	<p>MATERIAL: CARTÓN NO CORRUGADO PLASTIFICADO. NO TÓXICO. ESPESOR: MÍNIMO 3 MM, MÁXIMO 5 MM APROXIMADAMENTE, BORDES REDONDEADOS. CARACTERÍSTICA SUPERFICIE LISA, CON FIGURAS DE PERSONAS, ANIMALES, FRUTAS, MEDIOS DE TRANSPORTE, ETC.TAMAÑO: 15X15CM.FIGURAS CON CORTES SINUOSOS, CON TABLERO ÚNICO Y LOS HUECOS PARA INSERTAR LAS PIEZAS. PRESENTACIÓN DE UNIDAD DE MUESTRA. REFERENCIA: EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS (MATERIAL Y EL FABRICANTE).NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTOPRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	10	620
----	--------------------------	---	----	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

88	SET DE TARJETAS DIDÁCTICAS	PRESENTACIÓN: SET DE 10 UNIDADES DIFERENTES IMÁGENES. MATERIAL CARTÓN FLEXIBLE DE 3MM. CARACTERÍSTICA BORDES REDONDEADOS, SUPERFICIE LISA, CON IMÁGENES, FOTOS, DIBUJOS SIMPLES DE ANIMALES, PERSONAS, TASAS, FRUTAS, SOL, LUNA, ETC.. TAMAÑO: 10 CM DE LADO. PRESENTACIÓN DE UNIDAD DE MUESTRA. REFERENCIA: EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	10	620
----	----------------------------	--	----	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

89	ALMOHADA PARA LACTANCIA	MATERIAL TELA DE ALGODÓN PARA EL COJÍN Y LA FUNDA. CARACTERÍSTICA FORMA DE C, COLORES CLAROS, CON FUNDA CON CIERRE DE PLÁSTICO, RELLENO DE GUATA. TAMAÑO MÍNIMO DE 60X30CM X6 CM DE ALTO. REFERENCIA: EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE). PRESENTACIÓN DE UNIDAD DE MUESTRA.NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTOPRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	8	496
----	-------------------------	--	---	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

90	CARTUCHERA	<p>MATERIAL: TELA 100% POLIÉSTER CARACTERÍSTICA: COLORES VARIADOS, CONTENIENDO 12 BOTONES DE PLÁSTICO, NO TOXICO, DE 4CM DIÁMETRO DE SUPERFICIE PLANA. TAMAÑO: 15X5CM CON CIERRE DE PLÁSTICO, CON LOGO DEL MSP Y PDIT, CON LA INSCRIPCIÓN "CONSULTORIO DIT". REFERENCIA: EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	6	372
----	------------	--	---	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

91	MOCHILAS	MATERIAL TELA 100% POLIESTER. CARACTERÍSTICA: COLOR CRUDO, CON COMPARTIMIENTO INTERIOR GRANDE Y BOLSILLOS EXTERIOR CON LOGOS DEL MSP Y PDIT. TAMAÑO: 60X30 APROXIMADAMENTE REFERENCIA EMBALAJE DE FABRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE) NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	5	310
----	----------	--	---	-----

92	SET DE TÍTERE DE MANO	<p>PRESENTACIÓN: 1 SET CONSTA DE 5 DE UNIDAD DE TÍTERES DE DIFERENTES PERSONAJES O FIGURAS. MATERIAL: TELA 100% ALGODÓN CARACTERÍSTICA: PERSONAJES DIVERTIDOS, ANIMALES O PERSONAS, CON BOCA GRANDE, COLORES LLAMATIVOS, RASGOS FACIALES EN PINTURA NO TOXICA E HILOS DE ALGODÓN. TAMAÑO 20 CM DE ALTO X 10 CM DE ANCHO APROXIMADAMENTE. REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	6	372
----	-----------------------	---	---	-----

93	CAJA DE CRAYOLAS DE COLOR	<p>MATERIAL CERA DE ALTA CALIDAD, NO TÓXICA CARACTERÍSTICAS: NO MANCHAN, NO SE DESPINTAN. PRESENTACIÓN CAJA CON 12 COLORES VARIADOS TAMAÑO DE 1,5 CM DE DIÁMETRO Y 5 A 7 CM DE LARGO REFERENCIA DEBE POSEER REFERENCIA IMPRESA DEL MISMO Y DEL FABRICANTE. FECHA DE VENCIMIENTO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	20	1240
94	CAJA DE LÁPIZ DE GRAFITO	<p>LÁPIZ DE GRAFITO, NEGRO, Nº 2, CAJA X 12 UNIDADES NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	2	124



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

95	QUEPIS	<p>GORRA TIPO QUEPÍ, EN DRIL COLOR BEIGE, AL MENOS 65 % DE ALGODÓN; TIPO JOCKEY CON SEIS PAÑOS (CON ALMA) Y VISERA-, EN LA PARTE FRONTAL CON LOGOS (PROGRAMA DIT), BORDADOS, DE ACUERDO AL MODELO DEBERÁ TENER RECTA Y LA VISERA SERÁ DE LA MEJOR CALIDAD. AJUSTABLE MEDIANTE SISTEMA DE VELCRO O HEBILLAS.</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	6	372
----	--------	---	---	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

96	SET DE MARCADORES GRUESOS	SET DE 4 COLORES DISTINTOS (NEGRO, AZUL, VERDE, ROJO).MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA WINNER 152 CON PUNTA MEDIANA REDONDEADA, ANCHO DE TRAZO 2,8 MM. IDEAL PARA MARCAR SOBRE SUPERFICIES LISAS: PIZARRA ACRÍLICA O METÁLICA, VIDRIO. TINTA PIGMENTADA A BASE DE ALCOHOL, COLORES INTENSOS (NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE), FÁCILES DE BORRAR. NO DEJA RESIDUOS NI HUELLAS. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTOPRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	10	620
----	---------------------------	---	----	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

97	RESMA DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	MATERIAL: PAPEL BLANCO DE 75GR CARACTERÍSTICA BLANCO TAMAÑO OFICIO PRESENTACIÓN 1 RESMA CONTENIENDO 500 HOJAS TAMAÑO HOJAS DE 21.6 X 33 CM REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE) NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	5	310
----	--	--	---	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

98	CAJA DE PLASTILINA	MATERIAL SINTÉTICO, BLANDO MOLDEABLE, NO TÓXICO CARACTERÍSTICA VARIOS COLORES, SUAVE, BLANDO. PRESENTACIÓN CAJA POR 12. TAMAÑO MÍNIMO DE 5 A 7 CM DE LARGO POR 1,5 CM DE DIÁMETRO REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVOS DATOS (MATERIAL, EL FABRICANTE Y FECHA DE VENCIMIENTO). NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	20	1240
----	--------------------	---	----	------



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

99	TIJERAS	MATERIAL HOJAS DE METAL Y MANGO DE PLÁSTICO CARACTERÍSTICA LAS HOJAS DE ACERO INOXIDABLE DE PUNTA ROMA O REDONDEADA, MANGO DE PLÁSTICO DURO PREFERENTEMENTE DE COLORES VARIADOS TAMAÑO HOJAS DE ACERO INOXIDABLE 10 CM APROX. REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE) NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	10	620
----	---------	--	----	-----

100	SET DE UTENSILIOS PARA ALIMENTAR NIÑOS (CUCHARA, TENEDOR, PLATITO, TAZA CON ASAS Y VASO)	MATERIAL PLÁSTICO NO TÓXICO, COLORES VIVOS SET COMPUESTO POR UNA CUCHARA SÓLIDO PARA BEBES. TAMAÑO: 14X3,6CM, UN TENEDOR, SÓLIDO PARA BEBES. TAMAÑO: 14X3,6CM UNA TAZA CON PLATILLO. CAPACIDAD: 200ML., ALTO DE TAZA 6 CMX 8CM DE DIÁMETRO, DIÁMETRO DEL PLATO 15CM. UN VASO CON CAPACIDAD: 200CC, ALTO 10CMX4CM DIÁMETRO EMBALAJE DE PLÁSTICO TRANSLUCIDO CON TAPA, DE TAMAÑO SUFICIENTE QUE PUEDA CONTENER EL SET DE UTENSILIOS MENCIONADOS NO TOXICO CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL, EL FABRICANTE Y FECHA DE VENCIMIENTO) NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	6	372
-----	--	--	---	-----

101	EMBALAJE DE PLÁSTICO	<p>MATERIAL: PLASTICO TRASLUCIDO, RESISTENTE CON TAPA, NO TOXICO. MEDIDA: 70 X 30 X 40CM REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL, EL FABRICANTE Y FECHA DE VENCIMIENTO) NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	5	310
102	ESCALERA DE MADERA	<p>MATERIAL: MADERA DE 20MM, CON PINTURA BLANCA NO TOXICA. MEDIDAS: 45CM LARGOX34CM ALTOX40CM ANCHO, DE DOS PELDAÑOS. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	1	62



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

103	ESTANTE PARA JUGUETES Y LIBROS DE CUENTOS	ORGANIZADOR DE LIBROS PARA NIÑOS HECHO DE MADERA MACIZA, SUAVE AL TACTO. DIMENSIONES MÍNIMAS DE 60 X 28 X 75 CM, IDEAL PARA SALA DE ESPERA Y DE FÁCIL ALCANCE A LOS NIÑOS. DESCRIBIR EL MECANISMO DE SUSTENTACIÓN, EL CUAL DEBE SER FUERTE Y SEGURO PARA EVITAR ACCIDENTES AL SER MANIPULADO POR LOS NIÑOSNO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTOPRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	4	248
-----	---	---	---	-----



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García

Teléf.: R.A. (061) 548 4000

Página Web: www.tesai.org.py

Email: fundacion@tesai.org.py

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

104	MESITA INFANTIL CON 4 SILLAS	<p>MATERIAL: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, NO TÓXICO, CARACTERÍSTICAS: COLORES VIVOS, MEDIDA 62 X 68 X 58 CM. CON 4 (CUATRO) SILLAS, MEDIDA 56 X 41 X 30 CM DE MATERIAL PLASTICO DE UNA SOLA PIEZA.</p> <p>REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL, EL FABRICANTE Y FECHA DE VENCIMIENTO)</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	2	124
-----	------------------------------	---	---	-----

105	HAMACA TRIPLE CON OSCILACIÓN	<p>CARACTERÍSTICAS: 350 X 150 X 220 CM. PÓRTICO DE METAL GALVANIZADO CAPACIDAD PARA UN BEBE Y DOS NIÑOS, DOS HAMACAS CON ASIENTOS DE PLÁSTICO O GOMA 40 X 20 CM CON CADENA DE MTS. GALVANIZADO. UNA HAMACA CON ASIENTO PARA BEBE, DE PLÁSTICO CON GOMA RESISTENTE MEDIDA 36 X 36 CM. ALTURA REGULABLE, BARANDA DE SEGURIDAD Y CINTURONES CRUZADOS, CADENA DE METAL GALVANIZADO DE 2 MTS. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	1	62
-----	------------------------------	---	---	----

106	MÓVIL MUSICAL PARA LA CUNA	<p>MATERIAL PLÁSTICO CARACTERÍSTICA COLGANTE DE PERSONAJES DIVERTIDOS DE COLORES VARIADOS, SUPERFICIE LISA, MATERIAL NO TOXICO, CON CANCIONES DE CUNA. TAMAÑO ANCHO 20 CM ALTO 30 A 40 CM GANCHO ADHERIDO DE 8 CM DE ALTO. REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE). FECHA DE VENCIMIENTO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN O VIDEO DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	5	310
107	SET DE POMPÓN DE TELA	<p>PRESENTACIÓN: CADA SET CONSTA DE 10 UNIDADES DE POMPONES DE POR LO MENOS 4 COLORES DIFERENTES POMPÓN DE TELA REDONDO, ROJO, COLGADO DE UNA CUERDA DE 30 CM DE LARGO (PARA EVALUAR SEGUIMIENTO DE LA MIRADA) NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	2	124

108	SONAJERO	<p>MATERIAL PLÁSTICO O FORRADO EN TELA SUAVE, DIFERENTES COLORES, FORMAS DE ANIMALES U FORMAS GEOMÉTRICAS, OBJETOS DIVERTIDOS, SUPERFICIE LISA, MATERIAL ATÓXICO. PRESENTACIÓN POR UNIDAD. TAMAÑO ANCHO 3 A 5 CM, POR 10 A 15 CM DE LARGO. REFERENCIA EMBALAJE DE FÁBRICA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES (MATERIAL Y EL FABRICANTE).FECHA DE VENCIMIENTO. PRESENTACIÓN DE UNIDAD DE MUESTRA. LOS ENVASES DEBEN CONTENER LA LEYENDA DE QUE: NO CONTIENE FTALATOS NO CONTIENE BISPHENOL A (BPA FREE)NO CONTIENE FORMALDEHÍDOS O SIMPLEMENTE LA LEYENDA DE QUE SE SE TRATA DE UN JUGUETE NO TÓXICO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O ILUSTRACIÓN DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN</p>	10	620
109	SILLAS APILABLES	<p>SILLA DE PLÁSTICO CON POSA BRAZOS: SILLAS PLÁSTICAS EN COLOR BLANCO CON APOYA BRAZO Y RESPALDERO ALTO, REFORZADAS, PARA SOPORTAR PESO APROXIMADO DE HASTA 120 KILOS, APILABLES. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO</p>	10	620

110	COLCHONETAS INDIVIDUALES	COLCHONETAS INDIVIDUALES DE 1 (UNA) PLAZA FORRADO LONETA AZUL DE 10 CM DE GROSOR. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO	4	248
111	ALMOHADA TRIANGULAR	MATERIAL ES ESPUMA DE ALTA DENSIDAD FORRADA CON LONETA DE ALGODÓN EN COLOR BEIGE CON COSTURA REFORZADA EN DIMENSIONES DE 45 CMS DE BASE, 45 CMS DE FONDO Y 50 CMS DE ALTURA, DEBE TENER ADEMÁS UNA FUNDA DE ALGODÓN CON CIERRE. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO	3	186
112	ALMOHADAS EN FORMA DE RODILLO	ALMOHADA EN FORMA DE RODILLO, EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD FORRADA CON LONETA DE ALGODÓN EN COLOR BEIGE CON COSTURA REFORZADA EN DIMENSIONES DE 15 CMS DE DIÁMETRO Y 45 CMS DE LARGO, DEBE TENER ADEMÁS UNA FUNDA DE ALGODÓN CON CIERRE. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO	3	186

113	ALMOHADAS RECTANGULARES	<p>ALMOHADA EN FORMA RECTANGULARES FABRICADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD FORRADA CON LONETA DE ALGODÓN EN COLOR BEIGE CON COSTURA REFORZADA EN DIMENSIONES DE 60 CMS DE ANCHO, 30 CMS DE FONDO Y 15 CMS DE ALTURA, DEBE TENER ADEMÁS UN FUNDA DE ALGODÓN CON CIERRE.</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO</p>	3	186
114	PELOTA PARA GIMNASIA DE 85 CM DE DIÁMETRO	<p>SISTEMA ANTIQUEMADURA RESISTENTE. CON DISEÑO DE SUPERFICIE SEGMENTADA, HECHO DE CRYLON. CON DIÁMETROS DE 85 CMS CON CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 200 KILOS. DEBE TENER VÁLVULA PARA INFLADO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO</p>	4	248

115	MODELOS ANATÓMICOS: PELVIS	<p>REPRESENTACIÓN DE UNA SECCIÓN SAGITAL A TRAVÉS DE LA PELVIS FEMENINA EN EL 9VO MES DE EMBARAZO NORMAL CON UN FETO DESMONTABLE. REALIZADO EN RESINA PLÁSTICA A COLORES, NO TÓXICOS Y LAVABLE.</p> <p>MEDIDAS APROXIMADA DE 34 CM DE ALTO, 27 CM DE ANCHO Y 34,5 DE DIÁMETRO ANTERO POSTERIOR. SOBRE TABLA PARA PARA MONTAR EL MODELO ANATÓMICO</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO</p>	1	62
116	MODELO ANATÓMICO: RECIÉN NACIDO	<p>MODELO DE BEBÉ DE 6 SEMANAS. ARTICULACIONES QUE PERMITEN GRAN MOVILIDAD DE LA CABEZA Y DE LOS MIEMBROS. TIENE ORIFICIOS EN NARIZ, OREJAS Y ANO PERMITIENDO LA INTRODUCCIÓN DEL TERMÓMETRO. REALIZADO EN RESINA PLÁSTICA A COLORES, NO TÓXICOS Y LAVABLE. SOBRE TABLA PARA MONTAR EN LA PARED.</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO</p>	1	62
117	FRANELÓGRAFO	<p>FRANELÓGRAFO DE 80 DE ANCHO CON 1.20 DE LARGO DECORADO CON MOTIVOS RELACIONADOS AL PIM/DIT</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO</p>	2	124

118	PIZARRA ACRÍLICA SIN PEDESTAL	PIZARRA MEDIDAS: 1.50 MTS DE LARGO X 2.00 DE ANCHO MTS. MATERIAL ACRÍLICO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO	2	124
119	BORRADOR DE PIZARRA	BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA CON EMPUÑADURA DE MADERA DE 4,5 CMS DE ANCHO, 13 CMS DE LARGO Y 1 CMS DE ALTO, CON ESTÁNDAR CON TELA DE FIELTRO DE AL MENOS 7 MM DE ESPESOR. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO	6	372
120	BAÑERA PARA RN	BAÑERA DE PLÁSTICO SÚPER REFORZADO CON FORMA ANATÓMICA PARA BEBÉS DE 0,90 CM X 0,45 CM. COMO MÍNIMO, COLOR VERDE O AZUL. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO	3	186
121	EMBUDO DE PLÁSTICO	EN MATERIAL PLÁSTICO CON 12 CM DE DIÁMETRO Y VÁSTAGO CORTO. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO	20	1240

122	MANGUERA DE GOMA	<p>MANGUERA EN MATERIAL DE GOMA DE MEDIA PULGADA DE DIÁMETRO Y CON 50 CM DE LARGO, REALIZADO EN MATERIAL NO TÓXICO.</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO</p>	20	1240
123	ALFOMBRA REVERSIBLE DIDÁCTICA	<p>ALFOMBRA DIDÁCTICA REVERSIBLE. ESTAMPADO POR AMBOS LADOS CON DISEÑOS LLAMATIVOS, COLORES VARIADOS, FLEXIBLE Y SUAVE, HIGIÉNICO, NO TOXICO Y SEGURO, A PRUEBA DE AGUA Y FÁCIL DE LIMPIAR. LA SUPERFICIE ACOLCHADA, MATERIA PRIMA DE PARTÍCULAS EP Y RELLENO DE ALGODÓN DE ALTA DENSIDAD, SIN OLOR NI QUÍMICOS DAÑINOS, MEDIDAS APROXIMADAS 180 X 150 CMS</p> <p>NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO ESPECIFICANDO LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS</p>	3	186

124	CAJA DE BOLÍGRAFO COMÚN	CAJA CONTENIENDO 50 BOLÍGRAFOS DE TINTA AZUL Y NEGRO, PUNTA MEDIA DE COBRE DE 1,0 MM., CARCASA TRANSPARENTE, FACETO OCILINDRO CON RESPIRADERO EN EL MEDIO DE LA CARCASA Y TAPA SUPERIOR A PRESIÓN, CAPUCHÓN DE PLÁSTICO VENTILADO EN LA PUNTA, TINTA Y COMPONENTE PLÁSTICO NO TÓXICO, CON TRAZOS EN EL PAPEL EN EL PRIMERRAYADO.	2	124
125	TÚNEL PLEGABLE	TÚNEL AUTO ARMABLE. MEDIDAS: 1,80 MTS DE LARGO X 47 CMS DE DIÁMETRO. FÁCIL DE ARMAR, DESARMAR Y TRANSPORTARLO EN BOLSO DE 47 CMS DE DIÁMETRO. IDEAL PARA ESTIMULAR EL GATEO EN 4 PUNTOS. PRESENTACIÓN DE UNIDAD DE MUESTRA. NO SE ADMITIRÁN EETT QUE SEAN TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS EETT, FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO PRESENTAR MUESTRA O VIDEO TUTORIAL DEL BIEN EN DONDE SE PERCIBAN LAS MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	2	124

126	KITS DE DESINFECCIÓN	<p>KIT CONTENIENDO: UN BIDÓN DE 5 LITROS DE LAVANDINA AL 8% UN BIDÓN DE 5 LITROS DE ALCOHOL RECTIFICADO AL 70%, CUATRO PAÑOS DE MICROFIBRA, CUATRO BOTELLAS TRANSPARENTES DE UN LITRO CON DISPENSER TIPO PISTOLA PARA ROCIAR. TODO DEBIDAMENTE EMBALADO (MATERIAL TRANSPARENTE) PARA SU TRANSPORTE FAVOR ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS Y EETT DE LO OFERTADO. PRESENTAR CATÁLOGO DEL PRODUCTO CON FOTOS</p>	10	620
127	SET DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS	<p>DATOS GENERALES DEL EQUIPO. SILLÓN ODONTOLÓGICO COMPLETO. ESPECIFICAR: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA Y AÑO DE FABRICACIÓN. SILLÓN ODONTOLÓGICO, CON BRAZO ARTICULADO CON 1 REFLECTOR, 1 PLATINA, 1 SALIVADERA, 1 JERINGA TRIPLE, 1 TURBINA, 1 MICROMOTOR, 1 CONTRAANGULO, 1 BANQUETA, 1 COMPRESOR ODONTOLÓGICO SILENCIOSO. EL SILLÓN PUEDE SER CON O SIN FIJACIÓN AL PISO. ACCESORIOS MÍNIMOS DEL EQUIPO. UNA TURBINA: CARACTERISTICA TÉCNICA MINIMA: (TRES) 3 O MÁS SALIDAS DE AGUA PARA REFRIGERACIÓN DE LA FRESA, DE ALTO TORQUE, Y BAJO NIVEL DE RUIDO, DE ALUMINIO ANODIZADO, (NO DE MATERIAL PLÁSTICO), ROTACIÓN RPM DE 0 A 420 MIL, CONSUMO DE AIRE 42, PRESIÓN 35, NIVEL SONORO 70, SISTEMA DE ACOPLE TIPO BORDEN, FIJACIÓN DE LAS FRESAS CON UN EXTRACTOR DE FRESAS SENCILLO A PRESIÓN, NO ROSCABLE. CON UN ACEITE LUBRICANTE, UNA AGUJA PARA LIMPIEZA. RULEMANES CERÁMICOS. UN MICROMOTOR, PIEZA RECTA Y UN CONTRAANGULO: CARACTERISTICA TÉCNICA MINIMA: DE ALUMINIO ANODIZADO DE BAJO NIVEL DE RUIDO, SISTEMA INTRA PARA FRESAS DE BAJA ROTACIÓN, ROTACIÓN RPM DE 0 A 20 MIL, CONSUMO DE AIRE 65, PRESIÓN DE</p>	1	1

		<p>40 A 50, CONEXIÓN DEL ACOPLA TIPO BORDEN, ACOPLAMIENTO SUPERIOR TIPO INTRA CON UN ACEITE LUBRICANTE.</p> <p>EL CONTRAANGULO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE CALIDAD. COMPRESOR A PISTÓN A SECO SILENCIOSO PARA SU USO EN ODONTOLOGÍA.</p> <p>CONSTRUCCIÓN ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES.</p> <p>SEGURIDAD ELÉCTRICA ACORDE A NORMAS INTERNACIONALES.</p> <p>ESTRUCTURA DE MATERIAL RESISTENTE CON PINTURA SECADO AL HORNO O SIMILAR, SILENCIOSO CON DOS CABEZALES PARA USO EN ODONTOLOGÍA, TANQUE RESERVORIO DE AIRE DE ACERO SATINADO EN PINTURA SECADO AL HORNO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, PRESOSTATO AUTOMÁTICO PARA PARTIDA Y CORTE, MANÓMETRO DE PRESIÓN, VÁLVULA DE PURGA, TRAMPA DE AGUA, FILTRO DE AIRE Y HUMEDAD.</p> <p>SISTEMA DE ACOPLA RÁPIDO PARA MANGUERAS VÁLVULAS DE PASO DE AIRE Y PURGADO DEL TANQUE.</p> <p>FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAUDAL DE AIRE NECESARIO: 120 A 170 LITROS/ MINUTOS, RANGO DE PRESIÓN DE PRESOSTATO AUTOMÁTICO DE 90 A 120 LIBRAS.</p> <p>MOTOR ELÉCTRICO DE 1 HP.</p> <p>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220 V / 50 HZ. ACCESORIOS: MANUAL DE OPERACIÓN, KIT DE MANGUERAS DE CONEXIÓN, INCLUIR UN PRESOSTATO Y FILTRO DE REPUESTO.</p> <p>UNA JERINGA TRIPLE DE CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD SIMILAR A TURBINA Y MICRO MOTOR.</p> <p>MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO EN ESPAÑOL, EN CASO DE PRESENTARSE EN OTRO IDIOMA, DEBE</p>		
--	--	---	--	--

		<p>ACOMPañAR AL ORIGINAL UNO TRADUCIDO AL ESPAñOL (DEL SILLÓN, DE LA TURBINA, DEL MICROMOTOR Y CONTRAANGULO, JERINGA TRIPLE Y COMPRESOR) INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA INSTITUCIÓN DESIGNADA Y CAPACITACIÓN DE USO Y DE SERVICIO TÉCNICO (DETECCIÓN DE FALLAS, TESTEO Y CALIBRACIÓN) DEL MISMO A USUARIOS Y A TÉCNICOS CORRESPONDIENTEMENTE. REQUERIMIENTO DE ESPACIO PARA LA INSTALACIÓN: LOS EQUIPOS SERÁN INSTALADOS EN LUGARES DONDE YA TENEMOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CONEXIONES DE AGUA, LA MAYORÍA DE ELLOS SON ESPACIOS MUY REDUCIDOS, POR LO QUE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DE LOS ESPACIOS NO DEBEN EXCEDER DE 2 METROS DE LARGO POR 2,100 METROS DE ANCHO. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AñOS.</p>		
128	EQUIPO FOTOPOLIMERIZADOR	<p>LUZ LED ODONTOLÓGICA. COMANDO DIGITAL CON FIBRA ÓPTICA GIRATORIA 360º Y ESTERILIZABLE, EMISIÓN DE LUZ HASTA 480NM. POTENCIA DE 1200MW/CM2 CON 3 MODOS DE USO COMO MÍNIMO. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AñOS.</p>	1	1
129	EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	<p>EQUIPOS RX ODONTOLÓGICO. TUBO CILÍNDRICO DE 7 MA U 8 MA CAPACIDAD DE DISPARO 0.01 A 3,2 SEG EXCELENTE ESTABILIDAD Y DESPLAZAMIENTO DE USO EN ODONTOLOGÍA. CON ESTABILIZADOR DE CORRIENTE. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AñOS.</p>	1	1
130	EQUIPO DE ULTRASÓNICO.	<p>DESARRADOR ULTRASÓNICO PORTÁTIL: FRECUENCIA 28 KHZ O MÁS, VOLTAJE 220 - 240V - 50 HZ/60HZ, REGULADOR DE FLUJO DE AGUA, KIT DE 5 PUNTAS POR EQUIPO, LUZ LED EN LA PIEZA DE MANO, CON RESERVORIO DE AGUA INCLUIDO, INCLUIR BANDEJA AUXILIAR. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AñOS.</p>	1	1

131	ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN	EQUIPO ESTERILIZADOR ODONTOLÓGICO DE 20 LITROS: CON COMANDO DIGITAL. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON 3 PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN. DEBE CONTAR CON UNA PLAQUETA CON MICROPROCESADOR Y PANTALLA DE LCD. CON UNA CAPACIDAD DE 15 LITROS COMO MÍNIMO. DEBE POSEER 4 BANDEJAS PERFORADAS COMO MÍNIMO. CON UN RANGO DE TEMPERATURA DE 100 A 190° C COMO MÍNIMO. POTENCIA 700W. CONSUMO 1,6A(220V). ALIMENTACIÓN 220V.FUSIBLES DE PROTECCIÓN DE 4A. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.	1	1
132	SET DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS	VER ANEXO DE INSTRUMENTALES-	1	1
133	MICROCENTRÍFUGA CON LECTOR DE HEMATOCRITO	GABINETE METÁLICO, PIES DE VENTOSA, FRENO ELÉCTRICO, SOPORTE DE CAPILARES DE ALUMINIO CON RANURAS O CANALES NUMERADOS DEL 1 AL 24-48, CON LECTURA DE ÁBACO PARA HEMATOCRITO, VELOCIDAD FIJA DE 5000-10000 RPM, PROGRAMACIÓN DE TIEMPO DE 1 A 30 MIN O SUPERIOR. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 220 V / 50 HZ. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.	1	1
134	MACROCENTRÍFUGA	RANGO DE VELOCIDAD DE 0 A 600 RPM. CAPACIDAD MÍNIMA 16 TUBOS DE 10 Y 15 ML. FUERZA CENTRÍFUGA MÍNIMA RELATIVA 4000 G. TEMPORIZADOR REGULABLE DE 0 A 99 MIN Y FUNCIÓN CONTINUA. ROTOR OSCILANTE INTERCAMBIABLE. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220V / 50 HZ, CON TOMA DE CORRIENTE ADECUADA. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.	1	1

135	MICROSCOPIO	BINOCULAR, EQUIPADO CON UN SISTEMA ÓPTICO INFINITO CON CORRECCIÓN CROMÁTICA Y LENTES DE 100X, 40X Y 10X, CONSTRUIDAS PRINCIPALMENTE EN METAL. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.	1	1
136	AGITADOR HORIZONTAL DE PLACAS	CONSTRUCCIÓN DE CHAPA TERMO ESMALTADA O SIMILAR. PATAS DE GOMA DE VENTOSA. MOTOR DE 1/50 HP O SIMILAR. CRONÓMETRO INCORPORADO DE 0 A 25 MINUTOS. CONTROL DE VELOCIDAD CON MANDOS ENTRE 60 Y 210 OSCILACIONES POR MINUTO. SUPERFICIE DE 15 A 25 CM. C / ALMOHADILLA DE GOMA ANTIDESLIZANTE. CONEXIÓN ELÉCTRICA 220 VOLTIOS 50/60 HZ. INDICADOR ACÚSTICO DEL FINAL DE LA AGITACIÓN. CAPACIDAD DE CARGA DE 4,5 KILOGRAMOS. MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL. CONJUNTO DE ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE BOTELLAS, TUBOS, ETC.GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS	1	1

137	BAÑO MARÍA CON TERMÓMETRO	<p>CON TAPA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA 50 TUBOS DE CREMALLERA. ESTRUCTURA SÓLIDA Y COMPACTA EN ACERO INOXIDABLE O SATINADO CON PINTURA ANTIESTÁTICA, SECADA AL HORNO O SIMILAR. DEPÓSITO DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE CIERRE HERMÉTICO, FÁCIL LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO. CALENTADOR CON SISTEMA DE REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE BAJA INERCIA Y RESPUESTA RÁPIDA. TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 100 ° C. PANEL DE CONTROL DIGITAL. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA EN PANTALLA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V, 50HZ. ACCESORIOS CON MICROTUBOS DE 1,5 A 2,5 ML. MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA EN INGLÉS O ESPAÑOL. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	1
138	CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	<p>VISOR DIGITAL. REGISTRO DE LEUCOCITOS, INFORMANDO EL TOTAL GENERAL Y LOS VALORES CORRESPONDIENTES A CADA TIPO DE CÉLULA. TOTALIZADOR DE CONTEOS DIFERENCIALES CON CAPACIDAD PARA CONTAR HASTA 100 CÉLULAS. ALARMA SONORA Y BLOQUEO AUTOMÁTICO A LLEGAR A LA CUENTA DE 100 (CIEN) CÉLULAS CONTADAS. TECLADO DE ALTA DURABILIDAD, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CANTIDAD ELEVADA DE TOQUES. ALIMENTACIÓN 110/220V-60 HZ. DIMENSIONES APROXIMADAS: 188 X 145 X 57 MM. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.</p>	1	1

139	COAGULÓMETRO	EQUIPOS SEMIAUTOMATIZADOS.1 A 4 CANALES DE MEDIDA INDEPENDIENTES. MÉTODO DE MONITORIZACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE LA FORMACIÓN DE COÁGULOS. CAPACIDAD DE INCUBACIÓN 2 A 4 MUESTRAS. CONTROLES, CALIBRADORES Y CUBETAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO INCLUIDO. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.	1	1
140	SILLÓN DE EXTRACCIÓN	ESTRUCTURA ACERO CROMADO. RESPALDO Y PIECERO ARTICULADOS HASTA LA POSICIÓN DE HORIZONTAL. REPOSABRAZOS REGULABLES Y DESMONTABLES. TOTALMENTE ARTICULADO Y DE FÁCIL LIMPIEZA. ESPACIO DISPONIBLE: SENTADO: ANCHO 0,80 LARGO 0,98, ALTURA 1,32 POSICIÓN. GARANTÍA ESCRITA POR 2 AÑOS.	1	1